

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	39.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：电子支气管镜 1 条

目前我科现有的 2 条气管镜分别是 BF-1TQ290 治疗镜和 BF-F260 诊断镜，两条每月使用频率：20 次/月，针对肺外带小结节病灶，为提高活检的阳性率，需要外径更小的电子支气管镜才能到达病灶进行活检明确诊断，但缺少超细气管镜，显著影响我科对外周肺小结节的诊断水平，尤其是很多老年人基础疾病多，经皮肺穿刺活检风险大。因此于 2022 年 4 月 15 日经院党委审议通过采购 1 条电子支气管镜。

二、市场调查情况

该设备于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 28 日在三明市第一医院官网发布需求调查公示，并开展了现场市场调查，公示期间无国产设备能响应。

三、进口设备与国产设备情况分析

1、目前我院呼吸内科已有奥林巴斯内镜主机，于 2016 年采购。因国产品牌电子支气管镜无法兼容科室现有内镜主机，如采购国产电子支气管镜则需另购一套国产内镜主机才能配套使用。因考虑科室成本及设备使用率，只能购买原品牌电子支气管镜。

2、特殊光（NBI）功能有助于医生发现早期病灶，提高早癌筛查率。进口品牌电子支气管镜具备特殊光检查功能。国产品牌无法满足要求。

3、进口品牌电子支气管镜左右旋转技术可使镜体左右旋转，可延伸至肺部

或气管的不同部位，进行不同部位的检测和治疗。国产品牌无法满足要求。

4、进口品牌电子支气管镜有配套的超声小探头，电子支气管镜配合超声小探头可诊断肺外周粘膜下层病灶的良恶性。目前国产品牌无肺外周使用的超声小探头，其次如购买国产电子支气管镜配合进口品牌电子支气管镜使用，影响图像效果，影响医生诊断。故需购买同一品牌的电子支气管镜，兼容性匹配性最佳，效果最好。

综上所述，因为需要 1:兼容科室现有内镜主机系统，提升科室现有设备使用率。2 具备特殊光筛查功能，能开展早癌筛查。3:电子支气管镜插入部左右旋转功能，提升医生插入操作。故需要以下参数：1:兼容科室现有内镜主机系统，2:具备特殊光检查功能，3:具备插入部左右旋转功能，目前国产设备无法满足上述要求，故申请购买进口产品电子支气管镜 1 条。

三、专家论证意见：

江苏省第一人民医院 呼吸内科 副主任医师，拟采购的电子支气管镜与原有内镜主机兼容的产品。

1、院内科室现有内镜主机与进口产品，国产品牌电子支气管镜无法兼容。

2、临床科室需电子支气管镜左右旋转功能可使镜体左右旋转，正侧立肺部或气管的不同部位，进行不同部位的检查和活检。另外特殊光(NBI)功能有助于发现早期病变，是一类非常敏感的早期发现。目前国产品牌暂无法满足临床需求。

综上，建议购买进口电子支气管镜。

专家签字：

陈明华

2022 年 11 月 9 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	39.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：电子支气管镜 1 条

目前我科现有的 2 条气管镜分别是 BF-1TQ290 治疗镜和 BF-F260 诊断镜，两条每月使用频率：20 次/月，针对肺外带小结节病灶，为提高活检的阳性率，需要外径更小的电子支气管镜才能到达病灶进行活检明确诊断，但缺少超细气管镜，显著影响我科对外周肺小结节的诊断水平，尤其是很多老年人基础疾病多，经皮肺穿刺活检风险大。因此于 2022 年 4 月 15 日经院党委审议通过采购 1 条电子支气管镜。

二、市场调查情况

该设备于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 28 日在三明市第一医院官网发布需求调查公示，并开展了现场市场调查，公示期间无国产设备能响应。

三、进口设备与国产设备情况分析

1、目前我院呼吸内科已有奥林巴斯内镜主机，于 2016 年采购。因国产品牌电子支气管镜无法兼容科室现有内镜主机，如采购国产电子支气管镜则需另购一套国产内镜主机才能配套使用。因考虑科室成本及设备使用率，只能购买原品牌电子支气管镜。

2、特殊光（NBI）功能有助于医生发现早期病灶，提高早癌筛查率。进口品牌电子支气管镜具备特殊光检查功能。国产品牌无法满足要求。

3、进口品牌电子支气管镜左右旋转技术可使镜体左右旋转，可延伸至肺部

或气管的不同部位，进行不同部位的检测和治疗。国产品牌无法满足要求。

4、进口品牌电子支气管镜有配套的超声小探头，电子支气管镜配合超声小探头可诊断肺外周粘膜下层病灶的良恶性。目前国产品牌无肺外周使用的超声小探头，其次如购买国产电子支气管镜配合进口品牌电子支气管镜使用，影响图像效果，影响医生诊断。故需购买同一品牌的电子支气管镜，兼容性匹配性最佳，效果最好。

综上所述，因为需要 1:兼容科室现有内镜主机系统，提升科室现有设备使用率。2 具备特殊光筛查功能，能开展早癌筛查。3:电子支气管镜插入部左右旋转功能，提升医生插入操作。故需要以下参数：1:兼容科室现有内镜主机系统，2:具备特殊光检查功能，3:具备插入部左右旋转功能，目前国产设备无法满足上述要求，故申请购买进口产品电子支气管镜 1 条。

三、专家论证意见：

1. 进口电子支气管镜不兼容现有使用的内镜主机系统，采购时需考虑兼容功能；
2. 进口电子支气管镜设有左右旋转功能，不能延伸咽喉部或气管不同部位进行临床诊疗需要的检测和治疗。
建议购买进口品牌电子支气管镜 1 条。

专家签字：

巴亚尔

2022 年 11 月 9 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	39.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：电子支气管镜 1 条

目前我科现有的 2 条气管镜分别是 BF-1TQ290 治疗镜和 BF-F260 诊断镜，两条每月使用频率：20 次/月，针对肺外带小结节病灶，为提高活检的阳性率，需要外径更小的电子支气管镜才能到达病灶进行活检明确诊断，但缺少超细气管镜，显著影响我科对外周肺小结节的诊断水平，尤其是很多老年人基础疾病多，经皮肺穿刺活检风险大。因此于 2022 年 4 月 15 日经院党委审议通过采购 1 条电子支气管镜。

二、市场调查情况

该设备于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 28 日在三明市第一医院官网发布需求调查公示，并开展了现场市场调查，公示期间无国产设备能响应。

三、进口设备与国产设备情况分析

1、目前我院呼吸内科已有奥林巴斯内镜主机，于 2016 年采购。因国产品牌电子支气管镜无法兼容科室现有内镜主机，如采购国产电子支气管镜则需另购一套国产内镜主机才能配套使用。因考虑科室成本及设备使用率，只能购买原品牌电子支气管镜。

2、特殊光（NBI）功能有助于医生发现早期病灶，提高早癌筛查率。进口品牌电子支气管镜具备特殊光检查功能。国产品牌无法满足要求。

3、进口品牌电子支气管镜左右旋转技术可使镜体左右旋转，可延伸至肺部

或气管的不同部位，进行不同部位的检测和治疗。国产品牌无法满足要求。

4、进口品牌电子支气管镜有配套的超声小探头，电子支气管镜配合超声小探头可诊断肺外周粘膜下层病灶的良恶性。目前国产品牌无肺外周使用的超声小探头，其次如购买国产电子支气管镜配合进口品牌电子支气管镜使用，影响图像效果，影响医生诊断。故需购买同一品牌的电子支气管镜，兼容性匹配性最佳，效果最好。

综上所述，因为需要 1:兼容科室现有内镜主机系统，提升科室现有设备使用率。2 具备特殊光筛查功能，能开展早癌筛查。3:电子支气管镜插入部左右旋转功能，提升医生插入操作。故需要以下参数：1:兼容科室现有内镜主机系统，2:具备特殊光检查功能，3:具备插入部左右旋转功能，目前国产设备无法满足上述要求，故申请购买进口产品电子支气管镜 1 条。

三、专家论证意见：

电子支气管镜设备采购已列入省级政府采购进口医疗设备清单(编码:A032007)。兼容医院现有内镜主机系统，具备特殊光检查功能和插入部左右旋转功能。目前国产设备无法满足上述参数要求。

建议购买进口设备。

专家签字：

魏良华

2022年11月9日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	39.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：电子支气管镜 1 条

目前我科现有的 2 条气管镜分别是 BF-1TQ290 治疗镜和 BF-F260 诊断镜，两条每月使用频率：20 次/月，针对肺外带小结节病灶，为提高活检的阳性率，需要外径更小的电子支气管镜才能到达病灶进行活检明确诊断，但缺少超细气管镜，显著影响我科对外周肺小结节的诊断水平，尤其是很多老年人基础疾病多，经皮肺穿刺活检风险大。因此于 2022 年 4 月 15 日经院党委审议通过采购 1 条电子支气管镜。

二、市场调查情况

该设备于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 28 日在三明市第一医院官网发布需求调查公示，并开展了现场市场调查，公示期间无国产设备能响应。

三、进口设备与国产设备情况分析

1、目前我院呼吸内科已有奥林巴斯内镜主机，于 2016 年采购。因国产品牌电子支气管镜无法兼容科室现有内镜主机，如采购国产电子支气管镜则需另购一套国产内镜主机才能配套使用。因考虑科室成本及设备使用率，只能购买原品牌电子支气管镜。

2、特殊光（NBI）功能有助于医生发现早期病灶，提高早癌筛查率。进口品牌电子支气管镜具备特殊光检查功能。国产品牌无法满足要求。

3、进口品牌电子支气管镜左右旋转技术可使镜体左右旋转，可延伸至肺部

或气管的不同部位，进行不同部位的检测和治疗。国产品牌无法满足要求。

4、进口品牌电子支气管镜有配套的超声小探头，电子支气管镜配合超声小探头可诊断肺外周粘膜下层病灶的良恶性。目前国产品牌无肺外周使用的超声小探头，其次如购买国产电子支气管镜配合进口品牌电子支气管镜使用，影响图像效果，影响医生诊断。故需购买同一品牌的电子支气管镜，兼容性匹配性最佳，效果最好。

综上所述，因为需要 1:兼容科室现有内镜主机系统，提升科室现有设备使用率。2 具备特殊光筛查功能，能开展早癌筛查。3:电子支气管镜插入部左右旋转功能，提升医生插入操作。故需要以下参数：1:兼容科室现有内镜主机系统，2:具备特殊光检查功能，3:具备插入部左右旋转功能，目前国产设备无法满足上述要求，故申请购买进口产品电子支气管镜 1 条。

三、专家论证意见：

1、目前医院呼吸内科使用奥林巴斯内镜主机是奥林巴斯品牌，若需兼容只能购买相互兼容的电子支气管镜。

2 特殊光筛查功能有助于早癌筛查。国产设备无法满足。

综上所述建议购买能和主机兼容的进口电子支气管镜。

专家签字：

周锦英

2022年11月9日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	三明市第一医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	39.5 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：

一、基本情况：电子支气管镜 1 条

目前我科现有的 2 条气管镜分别是 BF-1TQ290 治疗镜和 BF-F260 诊断镜，两条每月使用频率：20 次/月，针对肺外带小结节病灶，为提高活检的阳性率，需要外径更小的电子支气管镜才能到达病灶进行活检明确诊断，但缺少超细气管镜，显著影响我科对外周肺小结节的诊断水平，尤其是很多老年人基础疾病多，经皮肺穿刺活检风险大。因此于 2022 年 4 月 15 日经院党委审议通过采购 1 条电子支气管镜。

二、市场调查情况

该设备于 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 28 日在三明市第一医院官网发布需求调查公示，并开展了现场市场调查，公示期间无国产设备能响应。

三、进口设备与国产设备情况分析

1、目前我院呼吸内科已有奥林巴斯内镜主机，于 2016 年采购。因国产品牌电子支气管镜无法兼容科室现有内镜主机，如采购国产电子支气管镜则需另购一套国产内镜主机才能配套使用。因考虑科室成本及设备使用率，只能购买原品牌电子支气管镜。

2、特殊光（NBI）功能有助于医生发现早期病灶，提高早癌筛查率。进口品牌电子支气管镜具备特殊光检查功能。国产品牌无法满足要求。

3、进口品牌电子支气管镜左右旋转技术可使镜体左右旋转，可延伸至肺部

或气管的不同部位，进行不同部位的检测和治疗。国产品牌无法满足要求。

4、进口品牌电子支气管镜有配套的超声小探头，电子支气管镜配合超声小探头可诊断肺外周粘膜下层病灶的良恶性。目前国产品牌无肺外周使用的超声小探头，其次如购买国产电子支气管镜配合进口品牌电子支气管镜使用，影响图像效果，影响医生诊断。故需购买同一品牌的电子支气管镜，兼容性匹配性最佳，效果最好。

综上所述，因为需要 1:兼容科室现有内镜主机系统，提升科室现有设备使用率。2 具备特殊光筛查功能，能开展早癌筛查。3:电子支气管镜插入部左右旋转功能，提升医生插入操作。故需要以下参数：1:兼容科室现有内镜主机系统，2:具备特殊光检查功能，3:具备插入部左右旋转功能，目前国产设备无法满足上述要求，故申请购买进口产品电子支气管镜 1 条。

三、专家论证意见：

为降低采购成本，保证与医院现有主机兼容，且进一步提升筛查功能，所造的支气管镜在国内厂家中无此兼容的产品，只能寻找省级政府采购进口医疗设备清单中能满足功能的进口产品。

专家签字：

胡明

2022年11月9日

三明市第一医院电子支气管镜采购项目（政府采购进口产品专家论证）

专家签到表

论证日期： 2022年11月9日						
序号	姓名	工作单位	职称	身份证号	联系电话	时 间
1	陈桂	三明市第一医院	主任医师	35010219805200168	13559098593	11.9
2	胡明	莆田学院	教授	350403196101040019	13859123669	11.9
3	魏良忠	莆田市城厢区	科长	3504027196905140016	13859160543	11.9
4	刘建林	莆田市城厢区	副主任医师	350402196306290015	13859186396	11.9
5	张明华	莆田市城厢区	副主任医师	350402196408140034	13859186313	11.9

